



KALIBRIERSCHEIN

Calibration Certificate

Kalibrierschein-Nr.: 1700-15

Anzahl der Seiten: 1

Gegenstand	Messschieber DIN 862- 1AN – 0,05 – 150 - St	Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich mit Normalen, die rückgeführt sind auf das nationale Normal zur Darstellung der Einheit in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitssystem (SI).
Typ	0 – 150 mm/ Skw 0,05 mm	
Identnummer	00210285	Die den Messwerten beigeordnete erweiterte Messunsicherheit wurde auf der Grundlage anerkannter technischer Regelungen ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Werteintervall (Erweiterungsfaktor k=2).
Hersteller	SN: 39729 ohne Angabe	
Auftraggeber	Muster GmbH Testring 2, 12345 Berlin	
Auftragsnummer	30005507	Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Anwender verantwortlich.
Auftragsdatum	15.07.2015	
Kalibrierdatum	20.07.2015	
Kalibrierbedingungen	Relative Luftfeuchte 50% ± 15 % Raumtemperatur 20°C ± 0,5°C	Dieser Kalibrierschein ist ein firmeneigenes Dokument und darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Firma Kalibrierdienstes Förster.
Bezugsnormal	Parallelendmaßsatz Nr. 277/288, 397A, Einstellringe Nr. 49/ 5	
Messunsicherheit	U = 30,00 µm + 30,0 x 10E-6 x l	Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.
Kalibriervorschrift	VDI/VDE/DGQ 2618, Blatt 9.1	

Prüfergebnis:

		<u>Toleranz</u>
Messabweichung - Außen	0,015 mm	0,050 mm
Messabweichung - Innen	0,030 mm	0,070 mm
Messabweichung - Tiefe	0,010 mm	0,070 mm
Messabweichung - Stufe	0,010 mm	0,070 mm

Beurteilung: innerhalb der Toleranzvorgabe

Firmenstempel

Ausstellungsdatum
20.07.2015

Unterschrift